

**BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
XII. KERÜLETI HIVATALA**

Ügyiratszám: BP-12/202/02339-2/2017/0002

Hivatkozási szám:

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya:	mérleg (közúti híd)	
	Kiértékelő	Teherfelvevő
gyártó:	Metrisoft	
típus:	MS-01/MAN-TMS	
gyártási szám:	05-003/01	
mérési határ (max):	40000 kg	
osztásérték (d=):	20 kg	hitelesítési osztásérték (e=): 20 kg
pontossági osztály:	III.	

Hitelesítésre bemutatta: **Kronus Kft.**
1153 Budapest Eötvös u.8.

A hitelesítés helye és ideje: **Design Kft.**
2144 Kerepes Patkó u.9-11.
2017. év július hó 26. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a **HE 5-2010** jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett -- db **63/17** jelű bélyegzés, **M1286901** sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint **2 db B197456,457** sorszámú lezáró matrica(ák), tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító jel sértetlensége esetén **2 év**, azaz a mérőeszköz

2019. év július hó 26. nap-ig használható hiteles mérésre.

(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejárta előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg.


Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2017. július 26.

A hitelesítést végezte: Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalát vezető Hivatalvezető megbízásából:



Knizner Viktor metrológus



**BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
XII. KERÜLETI HIVATALA**

Ügyiratszám: BP-12/202/02339-2/2017/0003

Hivatkozási szám:

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya:	mérleg (raktári)		
	Kiértékelő		Teherfelvevő
gyártó:	Metrisoft		
típus:	MS-01/MKN		
gyártási szám:	2000-14		
mérési határ (max):	3000 kg		
osztásérték (d=):	1 kg	hitelesítési osztásérték (e=):	1 kg
pontossági osztály:	III.		

Hitelesítésre bemutatta: **Kronus Kft.**
1153 Budapest Eötvös u.8.

A hitelesítés helye és ideje: **Design Kft.**
2144 Kerepes Patkó u.9-11.
2017. év július hó 26. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a **HE 5-2010** jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett -- db **63/17** jelű bélyegzés, **M1286902** sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint **2 db B197454,455** sorszámú lezáró matrica(ák), tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító jel sértetlensége esetén **2 év**, azaz a mérőeszköz

2019. év július hó 26. nap-ig használható hiteles mérésre.

(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2017. július 26.

A hitelesítést végezte: Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalát vezető Hivatalvezető megbízásából:



Knizner Viktor
metrológus
63

Knizner Viktor metrológus