



**CSONGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL  
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 2.  
MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI OSZTÁLY**

Ügyiratszám: CS-06/S01/ 4831 -02/2018- 1  
Ügyintéző neve: Jakucs Judit

**HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY**

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, a mérésügyi törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya:

Digitális ..... Kid mérleg

	<b>Kiértékelő</b>	<b>Teherfelvő</b>
gyártó:	<u>Kontinex Kft</u>	<u>Kontinex Kft</u>
típus:	<u>100000000</u>	<u>VSH-100</u>
gyártási szám:	<u>KT-01-06</u>	<u>06-18-07</u>
mérési határ (Max):	<u>30000</u> ..... <u>20000</u> kg	
osztásérték (d =):	<u>10</u> ..... <u>20</u> kg	hitelesítési osztásérték (e =): <u>10</u> ..... <u>20</u> kg
pontossági osztály:	<u>III</u>	

Hitelesítésre bemutatta:

KONTINEX Design Kft Szeged  
6000 Kecskemét, Ipar u. 6.  
Gyűjtőhely: átadás-átvétel  
Adószám: 10304752-2-03

A hitelesítés helye és ideje:

2018. év 09 hó 12 nap

**A hitelesítés módja:** A hitelesítés a HE 5-2010 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

**Értékelés:** A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek *megfelelt*.

**Bélyegzés:** A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett 1 db J3/18 jelű bélyegzés, M123491 sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint 1 db 323/130 sorszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

**Érvényesség:** A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható ..... jelű hitelesítési kód azonossága mellett 2 év, azaz a mérőeszköz

2020. év 09 hó 12 nap-ig használható hiteles mérésre.

A hatáskörömet és illetékességemet a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése a) pontja állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Kecskemét 2018. 09.12

Szegedi járási hivatal vezetőjének megbízásából



Jakucs Judit  
.....  
metrológus

6000 Kecskemét, Bem u. 6/a. – Telefon/Fax(06-76) 498-442

E-mail: meresugy.kecskemet@csongrad.gov.hu – Honlap: [www.kormanyhivatal.hu](http://www.kormanyhivatal.hu), [www.mkeh.gov.hu](http://www.mkeh.gov.hu)

A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejárta előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.